

Số: 1579/TTYT-KD

Đà Bắc, ngày 21 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, đơn vị kinh doanh Trang thiết bị y tế.

Trung tâm y tế huyện Đà Bắc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua bổ sung trang thiết bị y tế cho khoa YHCT-PHCN năm 2024 phục vụ công tác khám chữa bệnh của TTYT huyện Đà Bắc với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Đà Bắc.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Kiều Đức Dũng tổ trưởng tổ giúp việc mua sắm, TTYT huyện Đà Bắc.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTTYT, TTYT huyện Đà Bắc, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h 30 ngày 22 tháng 10 năm 2024 đến trước 13h 30 ngày 04 tháng 11 năm 2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa cụ thể như sau:

STT	Tên tài sản, công cụ, dụng cụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đặc tính thông số kỹ thuật dưới đây hoặc tương đương
1	Máy điện châm	Cái	11	Cấu hình: - Máy chính - Adapter cắm điện 6 dây nối từ máy đến kim hoặc miếng dán. - Dây kẹp kim 6 đôi (12 cái) - Miếng dán điện cực: 6 cặp - Sách hướng dẫn sử dụng. Chi tiết kỹ thuật: - Nguồn điện: 220V ~ 240V, 50Hz/ 60Hz - Tần suất xung: 1 - 100Hz - Độ rộng sóng truy xuất: $\leq 1\mu S$ - Đường truy xuất: 6 đường độc lập - Chế độ sóng: có 3 chế độ: Điều, ngắt quãng và liên tục - Có đồng hồ hẹn giờ đến 30 phút - Kích thước: 34,5 x 22,5 x 9,4 cm - Trọng lượng: 1.210g
2	Máy điện xung (Máy điều trị điện xung)	Cái	1	Cấu hình: Máy chính: 01 chiếc

				Dây điện cực giác hút: 01 bộ Dây điện cực pad: 02 bộ Điện cực pad: 04 cái Cốc giác hút: 04 cái Miếng xốp làm âm: 04 cái Dây nguồn cung cấp: 01 cái <u>Chi tiết kỹ thuật:</u> Được thiết kế để giảm đau bằng cách kích thích điện tần số thấp Là thiết bị điều trị cho 2 bệnh nhân cùng 1 lúc, sử dụng 2 kênh riêng biệt, đồng thời có thể sử dụng cả giác hút và điện pad cùng 1 lúc. - Nguồn điện: AC 220V; 50/60Hz - Điện áp tiêu thụ: 40W - Dòng điện đầu ra: $\leq 33\text{mA}$ - Điện thế đầu ra: $\leq 136\text{ Vp-p}$ - Áp suất hút: $\leq 240\text{mmHg}$ - Thời gian điều trị: 0-30 phút - Kích thước: 450x350x1600 mm - Trọng lượng: 13kg.
3	Đèn gù cao 1.7m	Cái	6	<u>Chi tiết kỹ thuật:</u> - Dùng khám bệnh thông thường, dùng chiếu hồng ngoại. - Là dạng đèn gù, chân cao 1,7m - Có Dimmer - Đế gang nặng
4	Máy xoa bóp (Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí)	Cái	2	<u>Cấu hình:</u> Máy chính: 01 cái Ống nén khí xoa bóp chân: 02 cái Dây dẫn khí: 02 cái Ống nén khí xoa bóp tay: 01 cái Tài liệu HDSD: 01 quyển. <u>Chi tiết kỹ thuật:</u> '- Kích thước: 290 x 260 x 172 (mm)(dài x rộng x cao) - Nguồn điện: 220V~240V, 50/60Hz - Công suất tiêu thụ: 60VA - Thời gian điều trị: 15 phút, 30 phút(tối đa) - Áp suất tối đa: 200mmHg $\pm 20\%$ - Trọng lượng: 3,1 kg.
Tổng: 04 (Khoản)				

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: Bàn giao; vận chuyển, bảo quản theo quy định của nhà sản xuất, địa điểm giao nhận tại Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc; Địa chỉ: Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 45 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng; Thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng ký kết giữa hai bên./.

Nơi nhận:

- Đăng trên website của đơn vị;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Tuyết